

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: 0.1%蛋白胨水 英文名称: 0.1% Peptone Water

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
C28025D2	即用型成品	225mL/袋

【产品用途】

用于样品的稀释。

【检验原理】

蛋白胨提供氮源。

【配方成分】

配方	含量 (每升)
蛋白胨	1.0g
纯化水	1000mL
最终 pH 7.0±0.2	

【使用方法】

拆开包装即可使用。

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基, 20-25℃, 45min, 结果如下:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	产气荚膜梭菌 ATCC13124	45min 前后菌落数变化不超	_
土大学	广气来膜液图 ATCC13124 	过±50%	_

网址: www.huankai.com

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

技术热线: 020-32078333 转 8877、8876 (分机)

【储存条件与保质期】

贮存于 2-25℃,避光处;有效期见产品标签说明。

【注意事项】

质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2023年02月20日

【参考文献】

GB 4789.13-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验